ExRelatorioSONICTEST

```
*****************************************************************************
*         SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMATIZADO SONICTEST            *
*                                                                            *
*         RELATÓRIO DE TESTE                                                 *
*                                                                            *
*****************************************************************************

Número de série do transdutor: 0001

Data do ensaio: 5/5/2008
Hora: 10:35
Operador: Admin

*****************************************************************************

Resultado: APROVADO

FM média: 4,232            mínimo ( 4,000 )
DP FM: 0,607               máximo ( 1,500 )


*****************************************************************************

Ajustes do teste

Duração do teste em 127 Volts/60Hz (minutos): 2
Duração do teste em 220 Volts/50Hz (minutos): 2

*****************************************************************************

Ajustes avançados

Taxa de Amostragem (S/s): 250000,000
Medidas por minuto: 10
Frequencia inicial da integração (Hz): 7645,000
Frequencia final da integração (Hz): 17200,000
Coeficiente linear do ajuste de FM: 0,010
Coeficiente angular do ajuste de FM: -29,000

*****************************************************************************
*                              www.atcp.com.br                               *
*****************************************************************************
```