

RELATÓRIO DO TRZ-02 TRANSDUCERS ANALYZER

Fabricante: ATCP

Modelo: Exemplo de relatório

Número de série: 0001

Operador: Henrique Alves

Data/Hora: 04/19/2011 14:33

Parâmetros

Frequência inicial: 14200 Hz

Frequência final: 15700 Hz


Tensão: 1 V

Pontos: 200

Média: 4

Carga: Sem carga

Observações:



Max: -

Min: -

Resultado Geral :

APROVADO

	Mínimo	Máximo	Medido	Resultado
Fa:	1000 Hz	200000 Hz	14824,3 Hz	APROVADO
Za:	1 Ohms	200 k Ohms	12.31 kOhms	APROVADO
Fr:	1000 Hz	200000 Hz	14793,1 Hz	APROVADO
Zr:	1 Ohms	200 k Ohms	54.2 Ohms	APROVADO
Fr:	12600 Hz	200000 Hz	14808,7 Hz	APROVADO