

RELATÓRIO DO ANALISADOR TRZ

Fabricante: ATCP

Modelo: Exemplo de relatório

Número de série: 0001

Operador: Katiuska Montesino

Data/Hora: 14/02/2012 10:49

Parâmetros

Frequência inicial: 19000

Frequência final: 22000


Voltage: 1

Pontos: 200

Média: 4

Carga: Sem carga

Observações:



	Mínimo	Máximo	Medido	Resultado
Fa:	0	0	20417,3 Hz	-
Za:	0	0	15776,5 Ohms	-
Fr:	0	0	19000 Hz	-
Zr:	0	0	85,7 Ohms	-
Fc:	0	0	19708,65 Hz	-